**Version du 10 avril 2020 - 22h20**

| Entreprise | Contact commercial | Ville | Département | Région | Volume de production prévu par semaine (début avril) | Montée en cadence possible (par semaine à fin avril) | Lavable / Usage unique | Matériau 1 | | | | | | Matériau 2 | | | | | | Matériau 3 | | | | | | Matériau 4 | | | | | | Matériau 5 | | | | | | Matériau 6 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Nom | Référence DGA | Etat neuf | | Après lavage | | Nom | Référence DGA | Etat neuf | | Après lavage | | Nom | Référence DGA | Etat neuf | | Après lavage | | Nom | Référence DGA | Etat neuf | | Après lavage | | Nom | Référence DGA | Etat neuf | | Après lavage | | Nom | Référence DGA | Etat neuf | | Après lavage | |
| | | | | | | | | | | Perméabilité à l'air à 100 Pa | Performance filtration 3 µm | Perméabilité à l'air à 100 Pa | Performance filtration 3 µm | | | Perméabilité à l'air à 100 Pa | Performance filtration 3 µm | Perméabilité à l'air à 100 Pa | Performance filtration 3 µm | | | Perméabilité à l'air à 100 Pa | Performance filtration 3 µm | Perméabilité à l'air à 100 Pa | Performance filtration 3 µm | | | Perméabilité à l'air à 100 Pa | Performance filtration 3 µm | Perméabilité à l'air à 100 Pa | Performance filtration 3 µm | | | Perméabilité à l'air à 100 Pa | Performance filtration 3 µm | Perméabilité à l'air à 100 Pa | Performance filtration 3 µm | | | Perméabilité à l'air à 100 Pa | Performance filtration 3 µm | Perméabilité à l'air à 100 Pa | Performance filtration 3 µm |
| 13 A'TIPK | atipik13@gmail.com | Marseille | 13 | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 2 000 | 8 000 | Test en cours | Masque M01 | MED-1129 | 335 | 95,3 | Non testé | Non testé | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Adapei Pro70 | kchabod@adapeipro70.fr - 06 24 77 15 61 | Vesoul | 70 | Bourgogne-Franche-Comté | 10 000 | 10 000 | Test en cours | Masques et tissu | MED-1110 | 1110 | 95,3 | Non testé | Non testé | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AJ Biais | Service ADV – Taous AKIF masques@ajbiais.com | Saint Etienne | 42 | Auvergne-Rhône-Alpes | 25 000 | 100 000 | Test en cours | modèle n°1 | MED-1175 | 215 | 98,1 | Non testé | Non testé | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Amarine Couture | M. Pierre NOGALES | Saintes | 17 | Nouvelle-Aquitaine | 5 000 | 7 500 | Test en cours | Masque B : Chirurgical avec lacet | MED-1160 | 357 | 85,2 | Non testé | Non testé | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Annelise Morin | 06 61 53 93 62 commercial@la-vague.fr | Champagne | 72 | Pays de la Loire | 5 000 | 7 500 | Lavable au moins 5 fois* | LVH0-1 avec matière ALPEX H0 | MED-1268 | 212 | 95,5 | 148 | 95,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Atelier d'Ariane | Véronique Granata - veronique@ateliersdariane.fr 06 25 28 91 03 | Lavau | 10 | Grand Est | 70 000 | 70 000 | Usage unique | CONF TEQ | MED-1042 | 145 | 99,7 | Usage unique | Usage unique | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ateliers Grandis | https://lesateliersgrandis.fr/ - 02 33 91 17 60 | Saint Pair Sur Mer | 50 | Normandie | 50 000 | 50 000 | Test en cours | Alternative DGA - Matériau 1 : une seule couche externe + une couche interne (mousse) | MED-1050 | 173 | 84,4 | Non testé | Non testé | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Balenciaga | | | | | | | Test en cours | Masque n°2 | MED-1203 | 534 | 96 | Non testé | Non testé | Masque n°5 | MED-1203 | 492 | 96 | Non testé | Non testé | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Balian | Chantal Grillon - 06 70 96 36 58 - chantal.grillon@groupemarcdi.fr | Multiples | Multiples | Multiples | 70 000 | 150 000 | Test en cours | A : H0 (Alpax) | MED-1102 | 212 | 95 | Non testé | Non testé | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bancarel Houssies | r.chamorot@bancarel.com | Rodez et Vitry/Seine | 12 et 94 | Occitanie et Île-de-France | 1 000 | 20 000 | Test en cours | 2B | MED-1189 | 835 | 91 | Non testé | Non testé | 2B | MED-1222 | 1120 | 85 | Non testé | Non testé | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bayart Manufrytex TAL (BV TAL) | Frédéric Papillon Irène Monin 04 77 69 30 60 imonin@tsdl.fr | Charlieu | 42 | Auvergne-Rhône-Alpes | 10 000 | 70 000 | Test en cours | masque | MED-1332 | 182 | 94 | Non testé | Non testé | masque | MED-1263 | 489 | 87 | Non testé | Non testé | Masque – 3 couches 100% polyester + membrane élastique | MED-1056 | 455 | 85,4 | Non testé | Non testé | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Belice | Jean Claude Smadja - tissusacrier@gmail.com - 02 37 30 28 91 | Pierrefitte | 93 | Île-de-France | 5 000 | 10 000 | Test en cours | Masque tri couche blanc | MED-1218 | 109 | 93,3 | Non testé | Non testé | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Belinac | antoine@belinac.com | Saint Just Saint Rambert | 42 | Auvergne-Rhône-Alpes | 8 000 | 10 000 | Test en cours | S07 | MED-1229 | 159 | 82 | Non testé | Non testé | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Berjac | contact@berjac-sas.fr - 03 29 34 01 76 | Dogneville | 88 | Grand Est | 25 000 | 40 000 | Lavable au moins 5 fois | Masques A Grenoble – Masque B Nanterre | MED-1090 | 298 | 84,1 | 130 | 96,6 | Masque bec de canard | MED-1221 | 267 | 94 | Non testé | Non testé | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bluebuck Clothing | pierre@retailfactor.com | Portugal | | | 25 000 | 50 000 | Test en cours | Masque blanc bi couche avec attache élastique | MED-1154 | 218 | 99,5 | Non testé | Non testé | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bolldoduc | Jean-Charles Potelle - assistante-direction@bolldoduc.fr - 04 78 80 00 16 | Dardilly | 69 | Auvergne-Rhône-Alpes | 125 000 | 375 000 | Lavable au moins 20 fois* | Bold'R Max (matériau V2) | MED-1248 | 264 | 98 | 101 | 93 | Bold'R (matériau V1) | MED-1248 | 276 | 78,4 | 191 | 87 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bonnefoy Creations | Chloé Bonnefoy contact@maison-bonnefoy.com 04 71 66 07 34 | Les Villettes | 43 | Auvergne-Rhône-Alpes | 4 000 | 4 000 | Test en cours | Masque tri couche. Face interne et externe en tricot blanc, insert type polaire marron. | MED-1215 | 171 | 100 | Non testé | Non testé | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bonneterie Chanteclair | Thomas Delisle - t.delisle@chanteclair.fr - 03 25 41 71 68 | St Pouange | 10 | Grand Est | 16 800 | 200 000 | Lavable au moins 5 fois | masques profilé | MED-1060 | 142 | 96,5 | 137 | 99,1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Broderies Leveaux | Benjamin POTENCIER 06 07 05 77 73 benjamin@broderies-leveaux.fr | Walincourt-Selvigny | 59 | Hauts-de-France | 100 000 | 126 000 | Test en cours | NB 3-400 g | MED-1166 | 359 | 91 | Non testé | Non testé | NB 245 g | MED-1166 | 432 | 85 | Non testé | Non testé | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ceetex | Romain Dendievel - ceetex@live.be - 03 24 75 30 96 35 | Herinnes-Lez-Pecq, Belgique | | | 6 000 | 6 000 | Lavable au moins 5 fois | PA66 | MED-1000 | 237 | 93,1 | 134 | 96,1 | Masque deux élastiques niveau chaque oreille + 1 poche interne insert potentiel | MED-1001 | 133 | 98,86 | Non testé | Non testé | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Chamatex (Groupe Chamatex / Chamatex / Pierre Roclin) | Navarro Sandrine - 06 63 95 85 09 - snavarro@chamatex.fr & Plouzennec Laurent - 06 07 34 41 51 - laurent.plouzennec@roclin.net | Ardoix/Tarare | 07 et 09 | Auvergne-Rhône-Alpes | 20 000 | 100 000 | Test en cours | Coupon tissus blanc | MED-1047 | 135 | 88,6 | Non testé | Non testé | A1 | MED-1047 | 135 | 88,6 | Non testé | Non testé | C1 | MED-1185 | 217 | 77 | Non testé | Non testé | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Chantelle Lingerie | contact.masques@groupechantelle.com | Tunisie Thailande Vietnam | | | 20 000 | 450 000 | Test en cours | E | MED-1241 | 135 | 98,1 | Non testé | Non testé | Proto 2 | MED-1174 | 256 | 90 | Non testé | Non testé | D | MED-1241 | 223 | 90,7 | Non testé | Non testé | Proto 1 | MED-1174 | 390 | 76 | Non testé | Non testé | | | | | | | | | | | | |
| Chargeurs PCC / Lainière de Picardie | Déborah BERGER orders_LS@chargeurs-pcc.com 03 22 83 83 55 | Buire Courcelles | 80 | Hauts-de-France | 500 000 | 5 000 000 | Test en cours | Matériau H - LH013 | MED-1259 | 144 | 97,3 | Non testé | Non testé | Matériau D - LH001/R | MED-1259 | 344 | 79,9 | Non testé | Non testé | Matériau E - LH010 | MED-1259 | 368 | 82,2 | Non testé | Non testé | Matériau F - LH011 | MED-1259 | 163 | 84,5 | Non testé | Non testé | Matériau G - LH012 | MED-1259 | 437 | 82,1 | Non testé | Non testé | Matériau biface g/u/blanc | MED-1081 | 397 | 75,1 | Non testé | Non testé |
| COCO&RICO | Jules de Breuyck 06 78 81 53 71 Jules@cocoetrico.com | Paris | 75 | Île-de-France | 50 000 | 100 000 | Test en cours | Masque A | MED-1138 | 568 | 75,4 | Non testé | Non testé | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Connecting Resilience | Alain Maurice 04 75 21 49 11 alain@connectingresilience.com | Die | 26 | Auvergne-Rhône-Alpes | 2 000 | 4 000 | Test en cours | Masque antivirus lavable réutilisable catégorie 1 / bicouche vert clair | MED-1199 | 135 | 93 | Non testé | Non testé | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| D'Ennery Confection | contact@dennery.info - 04 71 03 03 56 | Saint Germain Laprade | 43 | Auvergne-Rhône-Alpes | 2 000 | 2 000 | Test en cours | Masque bicouche face externe marron face interne blanche | MED-1157 | 117 | 90,7 | Non testé | Non testé | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Deveaux SAS | solidarite@deveaux.com | Saint Vincent de Reins | 69 | Auvergne-Rhône-Alpes | 300 000 | 350 000 | Test en cours | masque | MED-1254 | 909 | 72 | Non testé | Non testé | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Diatex | Jean-Philippe Gaudiau 04 81 07 24 80 jpgaudiau@diatex.com | Saint Genis Laval | 69 | Auvergne-Rhône-Alpes | 10 000 | 50 000 | Test en cours | AXMASQUEPROJ 1HY0 | MED-1233 | 153 | 96 | Non testé | Non testé | AXMASQUEPROJCHB | MED-1233 | 119 | 97 | Non testé | Non testé | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DSL | Jean-Luc Lagrave | Capbreton | 40 | Nouvelle-Aquitaine | 2 500 | 5 000 | Test en cours | B : Masque blanc en crêpe infroissable, 95 % polyester, 5 % élasthanne | MED-1151 | 159 | 74 | Non testé | Non testé | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Eminence | masque@eminence.fr | Aimargues Déva (Roumanie) | 30 | Occitanie | 90 000 | 140 000 | Test en cours | E129 | MED-1121 | 272 | 95 | Non testé | Non testé | A | MED-1232 | 344 | 99,6 | non testé | Non testé | B | MED-1232 | 373 | 91,2 | Non testé | Non testé | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Epau-Nova | g.curtit@epaunova.com 03 81 36 28 28 | Mathay | 25 | Bourgogne-Franche-Comté | 10 000 | 20 000 | Test en cours | Masque 1 | MED-1261 | 1020 | 96 | Non testé | Non testé | Masque 2 | MED-1261 | 788 | 98 | Non testé | Non testé | Masque 3 | MED-1261 | 563 | 98 | Non testé | Non testé | Coupon | MED-1261 | 1160 | 90 | Non testé | Non testé | | | | | | | | | | | | |
| Etablissements Lapere Ouisport | Bertrand Lapère 06 75 23 39 96 lepere@ouisport.fr | Nay | 64 | Nouvelle-Aquitaine | 2 500 | 2 500 | Test en cours | Maille A | MED-1142 | 187 | 97,6 | Non testé | Non testé | Maille I | MED-1204 | 365 | 99 | Non testé | Non testé | Maille F | MED-1142 | 193 | 96,3 | Non testé | Non testé | Maille I | MED-1142 | 277 | 90,2 | Non testé | Non testé | Maille K | MED-1142 | 225 | 84,3 | Non testé | Non testé | Maille D | MED-1142 | 109 | 93 | Non testé | Non testé |
| ETS Crambes | Benoit Besnault | Caussade | 82 | Occitanie | 5 400 | 5 400 | Test en cours | Prototype (A) - coton + micropolaire | MED-1131 | 141 | 90,2 | Non testé | Non testé | Prototype (B) coton + polyur | MED-1131 | 256 | 89,3 | Non testé | Non testé | Prototype (C): coton + molleton | MED-1131 | 146 | 94,7 | Non testé | Non testé | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ETS MALTERRE SARL | contact@etsmalterre.com 0687118711 | Moreuil | 80 | Hauts-de-France | 25 000 | 35 000 | Lavable au moins 5 fois* | masque MA-DF blanc | MED-1246 | 252 | 92 | 165 | 97 | masque MA-DF avec doublure MA-128/13 beige | MED-1246 | 201 | 96 | 104 | 98 | masque MA-DF avec doublure MA-479/1 marron | MED-1246 | 150 | 95 | 188 | 93 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fil Rouge | contact@filrouge-mode.fr - 04 91 42 07 88 | Marseille | 13 | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 6 000 | 20 000 | Test en cours | Masque Prototype 1 – Blanc | MED-1117 | 162 | 96,9 | Non testé | Non testé | Masque Prototype 2 – Blanc | MED-1117 | 233 | 96,2 | Non testé | Non testé | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Filtration SA (matière Subrenat) | 04 72 49 89 25 masque@filtrationsa.com | Ternay | 69 | Auvergne-Rhône-Alpes | 50 000 | 200 000 | Test en cours | (A) S2020.137 (Subrenat) | MED-1126 | 158 | 99,7 | Non testé | Non testé | (B) – S2020-141 (Subrenat) | MED-1126 | 459 | 99,6 | Non testé | Non testé | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fremaux - Delorme | | Haubourdin / Nieppe | 59 | Hauts-de-France | 3 000 | 1 000 | Test en cours | Masque (3 echantillons similaires | MED-1101 | 135 | 80,7 | Non testé | Non testé | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Freudenberg Performance Materials (Pôle textile Alsace) | François Litty flitty@textile-alsace.com Tel : 06 73 20 18 72 | Guebwiller | 68 | Grand Est | 100 000 | 150 000 | Test en cours | EVO 40 PK disposé en double couches | MED-1099 | 162 | 95,1 | Non testé | Non testé | masque PTA EVO 80 PK | MED-1099 | 152 | 84,9 | Non testé | Non testé | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Garnier-Thiebaut | contact@garnier-thiebaut.fr - 03 29 60 30 30 | Gerardmer | 88 | Grand Est | 17 500 | 25 000 | Test en cours | Modèle B « oeil blanc » | MED-1091 | 144 | 97,4 | Non testé | Non testé | Modèle C - vert | MED-1091 | 185 | 84,1 | Non testé | Non testé | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Geochanvre F | 03.58.46.80.20 - Sandrine Boudier (secteur Nord-Ouest Sud-est)- 07 76 06 41 46 Thomas Faure (secteurs Sud-Est Nord-Est-IDF Export) 6 06 34 50 54 65 | Lézinnes | 89 | Bourgogne-Franche-Comté | 15 000 | 250 000 | Usage unique | Masque avec biais confort | MED-1094 | 395 | 86,2 | Usage unique | Usage unique | Masque bec de canard | MED-1212 | 549 | 89 | Usage unique | Usage unique | Patron | MED-1208 | 350 | 87 | Usage unique | Usage unique | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Groupe Lépine | Rodolphe Pfaifer 06 21 06 36 86 r.pfaifer@groupe-lepine.com | Genay | 69 | Auvergne-Rhône-Alpes | 2 000 | 4 000 | Test en cours | LM0002 | MED-1292 | 104 | 73 | Non testé | Non testé | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hanes France | LEGRAND Maxime <maxime.legrand@hanes.com> | Vietnam | | | - | 250 000 | Test en cours | Masque facial textile | MED-1316 | 328 | 91 | Non testé | Non testé | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| HDPR (Housse de Protection Robotisuel) | contact@hdpr.fr - 07 82 25 32 28 | Andelot-Blancheville | 52 | Grand Est | 1 000 | 1 000 | Test en cours | masque B | MED-1127 | 450 | 95,2 | Non testé | Non testé | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Henitex | catherine.rollet@henitex.fr | Riorges | 42 | Auvergne-Rhône-Alpes | 25 000 | 50 000 | Test en cours | 8000D5265 | MED-1251 | 324 | 99,2 | Non testé | Non testé | 8001D5266 | MED-1251 | 135 | 96,3 | Non testé | Non testé | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jean Ruiz | info@jean-ruiz.fr 0477682211 | Roanne | 42 | Auvergne-Rhône-Alpes | 7 000 | 15 000 | Lavable au moins 5 fois* | Masque maille blanc / 1 : MED-1033 + lavé 5 | MED-1033 / MED-1359 | 646 | 70,5 | 1330 | 80 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jules Tournier | | Mazamet | 81 | Occitanie | | 45 000 | Test en cours | J1490M | MED-1351 | 171 | 93 | Non testé | Non testé | PJD15M | MED-1351 | 154 | 92 | Non testé | Non testé | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| La Plastose | laplastose@francetulle.com - 04 78 84 90 12 | Lyon | 69 | Auvergne-Rhône-Alpes | 1 200 | 2 500 | Test en cours | polyester et feutrine acrylique | MED-1133 | 860 | 95,6 | Non testé | Non testé | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| La toile du boulanger | Lionel Paturel 06 58 29 18 20 contact@toileduboulanger.com | Aubagne | 13 | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 800 | 1 200 | Test en cours | B | MED-1182 | 127 | 95,7 | Non testé | Non testé | C | MED-1182 | 162 | 98,1 | Non testé | Non testé | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lacoste Opération | M. Robin Chabrier - rchabrier@lacoste.com - +33 7 84 26 03 87 | Troyes | 10 | Grand Est | 35 000 | 35 000 | Test en cours | Matériau de la couche interne seule (B) | MED-1069 | 259 | 98,8 | Non testé | Non testé | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Latertex | moju.equipement@gmail.com | Portugal | | | 5 000 | 12 500 | Test en cours | Modèle A Lavé à 60° 30 g | MED-1239 | 892 | 94 | Non testé | Non testé | Modèle B Lavé à 60° 60 g | MED-1239 | 615 | 95,2 | Non testé | Non testé | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Les Ateliers FIM | Jacques Martin-Lalande | Fougères / La Flèche / Brulon / Villemandeur | 35/72/45 | Bretagne / Pays de la Loire / Centre Val de Loire | 45 000 | 70 000 | Usage unique | B (non lavé) | MED-1168 | 96,5 | 78,8 | Usage unique | Usage unique | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Liste Rouge | contact@listerouge.fr - 01 43 59 45 68 | Condé sur Noireau | 14 | Normandie | 7 500 | 7 500 | Test en cours | Modèle 1 | MED-1086 | 583 | 99,95 | Non testé | Non testé | Modèle 2 | MED-1086 | 377 | 100 | Non testé | Non testé | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mask generation | Simon Sow - contact@maskgeneration.com - 06 75 89 43 61 01 64 68 95 49 | Champs-sur-Marne | 77 | Île-de-France | 10 000 | 100 000 | Test en cours | Alternative DGA : Filtre 2 couches filtrantes à disposer à l'intérieur du masque | MED-1055 MED-1070 | 187 | > 99,9 | Non testé | Non testé | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Medistyl | medistyl@wanadoo.fr | Saint André les vergers | 10 | Grand Est | 3 000 | 3 500 | Test en cours | Masque bec de canard blanc | MED-1285 | 834 | 98 | Non testé | Non testé | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mitwill Textiles Europe | 03 89 57 82 73 textiles@mitwill.com | Sausheim | 68 | Grand Est | 125 000 | 125 000 | Test en cours | modèle VSG2 (MED-1158 + 3eme couche) | MED-1275 | 329 | 91,8 | Non testé | Non testé | Masque bicouche tissu blanc avec attache coton | MED-1158 | 331 | 83,4 | Non testé | Non testé | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mode Grand Ouest | contact@modegrandouest.fr - 02 41 75 29 29 | Cholet | 49 | Pays de la Loire | 217 000 | 300 000 | Usage unique | Léa | MED-1071 | 632 | 85,7 | Usage unique | Usage unique | Pascal | MED-1071 | 458 | 97,5 | Usage unique | Usage unique | Matériau alternatif DGA | MED-1071 | 112 | 95 | Usage unique | Usage unique | Matériau blanc 2 couches | MED-1071 | 632 | 85,7 | Usage unique | Usage unique | | | | | | | | | | |
| Mortelecque | http://www.mortelecque.com/fabricant-filtration-industrielle-france.html - contact@mortelecque.com - 03 20 96 66 66 | Provin | 59 | Hauts-de-France | 25 000 | 25 000 | Test en cours | PE/PE 401 | MED-1077 | 203 | 98,2 | Non testé | Non testé | PE/PE 501 | MED-1077 | 123 | 99,7 | Non testé | Non testé | 361 CS17EX | MED-1077 | 282 | 95,7 | Non testé | Non testé | PE/PE 25 microns | MED-1077 | 989 | 77,2 | Non testé | Non testé | PE/PE 50 microns | MED-1077 | 1080 | 83,2 | Non testé | Non testé | | | | |
| Mtechnologies | contact@m-technologies-online.com - 03 63 77 61 37 | Tourcoing | 59 | Hauts-de-France | 500 | 1 000 | Usage unique | Masques | MED-1113 | 579 | 73 | Usage unique | Usage unique | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mulliez-Flory | Régis DE MONTCLOS r.demontclos@mulliez-flory.fr Christophe PETIT c.petit@mulliez-flory.fr | Le Longeron | 49 | Pays de la Loire | 10 000 | 35 000 | Lavable au moins 5 fois* | B lavé | MED-1306 | 197 | 95 | 168 | 99,8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nextemballage MDP design - Société Picard | Plateforme picard | Nersac | 16 | Nouvelle-Aquitaine | 500 000 | 1 500 000 | Usage unique | Masque + matériau, polyester non tissé | MED-1293 | 539 | 95 | Usage unique | Usage unique | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Noyoco Studio | Eric Nemo eric@noyoco.com 0601919988 masques@noyoco.com | Portugal | | | 40 000 | 80 000 | Test en cours | Alternative DGA : Masque 3 couches popeline+molleton | MED-1096 | 381 | 94,5 | Non testé | Non testé | Modèle 4 | MED-1296 | 325 | 94 | Non Testé | Non Testé | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Open Act | Walbrou Ingrid 06.12.51.49.89 Ingrid.walbrou@gmail.com | Saint Nicolas de la Balerme | 47 | Nouvelle-Aquitaine | 1 300 | 4 300 | Test en cours | Lot 1 à 4 | MED-1217 | 733 | 95,1 | Non testé | Non testé | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Opmatis | info@opmatis.com | Les Olmes | 69 | Auvergne-Rhône-Alpes | 5 000 | 5 000 | Test en cours | Masque chirurgical lien marron | MED-1183 | 449 | 97 | Non testé | Non testé | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Oscar de la table | Xavier Akoka - webmasters@oscardelatable.com - 07 64 08 42 01 - 06 12 19 30 78 | Paris | 75 | Île-de-France | 150 000 | 250 000 | Usage unique | JTEX 2407/65C | MED-1136 | 563 | 90,3 | Usage unique | Usage unique | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pavoifêtes | 02 47 05 32 73 cip-pavoifetes@pavoifetes.com | Tours | 37 | Centre-Val de Loire | 1 200 | 3 500 | Test en cours | N4 | MED-1161 | 151 | 82 | Non testé | Non testé | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PLIM | Anabelle 07 57 45 91 98 kam@plim.fr | Melle Poitiers Limoges | 79 86 87 | Nouvelle-Aquitaine | 9 000 | 20 000 | Test en cours | RP 2065 | MED-1237 | 210 | 98 | Non testé | Non testé | RP 2065 | MED-1237 | 174 | 98 | Non testé | Non testé | RP 2065 | MED-1237 | 241 | 96 | Non testé | Non testé | RP 2065 | MED-1237 | 155 | 92 | Non testé | Non testé | Matériau du JERSEY 2 couches | MED-1040 | 585 | 73,3 | Non testé | Non testé | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poyet Motte | Alain Couble - 06 37 43 06 81 Valérie Bied - 04 74 64 79 44 | Vietnam | | | 200 000 | 400 000 | Test en cours | FACE MASK VERSION 1 | MED-1155 | 243 | 98,4 | Non testé | Non testé | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Radiante Groupe ESSITY | | Châtellerault | 86 | Nouvelle-Aquitaine | 3 000 | 10 000 | Test en cours | EPI 1 | MED-1338 | 115 | 98 | Non testé | Non testé | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Real Stamm / Royal Mer | Roland Coulombel roland.coulombel@royal-mer.com | La Regrippière | 44 | Pays de la Loire | 22 000 | 50 000 | Lavable au moins 5 fois | Fil tricoté 100% coton - Ref DGA - RP 2028 MED 1164 | MED-1164 (état neuf) - MED-1379 (5 lavages) | 209 | 93 | 107 | 97 | PROTEK 5 - Tissu confectionné coton/polyester - RP 2096 Ref DGA - 1235 | MED-1235 | 268 | 96 | Non testé | Non testé | Protek_1 | MED-1253 | 512 | 74 | Non testé | Non testé | Proteck_2 Fil tricoté coton/polyester - Ref DGA - RP 2077 MED 1253 | MED-1253 | 116 | 99 | Non testé | Non testé | Proteck_3 | MED-1253 | 102 | 95 | Non testé | Non testé | Proteck_7 | MED-1317 | 383 | 100 | Non testé | Non testé |
| Résilience | Stéphanie Dufour - masquesresilience@gmail.com | Ferdrupt | 88 | Grand Est | 600 000 | 600 000 | Lavable au moins 20 fois* | Masque et tissu en complexe / Idem MED-1088 après 20 cycles de : lavage ménager à 60°C, passage au sèche-linge de 30 minutes, repassage ménager à 110°C | MED-1088 / MED-1407 | 288 | 94,9 | 420 | 99 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RKF Luxury Linen | Hanane Fariès hanane@rkfgroup.fr +33 6 23 42 10 30 | Belfort / Luxeuil les Bains | 90/70 | Bourgogne-Franche-Comté | 80 000 | 140 000 | Test en cours | EVO 40 PK disposé en double couches (Freudenberg) | MED-1099 | 162 | 95,1 | Non testé | Non testé | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Romain Briffault | Florence BRIFFAULT - florence@romainbriffault.fr - 06 52 38 58 56 | Morgny la Pommeraye | 76 | Normandie | 500 | 1 000 | Test en cours | Masque et tissu | MED-1118 | 188 | 79,5 | Non testé | Non testé | N°5 - D | MED-1294 | 112 | 85 | Non testé | Non testé | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sedem | https://www.sedem.com/fr/ - 02 51 93 10 03 | Falleron | 85 | Pays de la Loire | 5 000 | 10 000 | Lavable au moins 5 fois* | Masque bec de canard noir version 1 | MED-1207 | 137 | 95 | 109 | 99 | Masque rouge version 2 | MED-1207 | 181 | 98 | 368 | 99 | Masque blanc et rouge | MED-1031 | 334 | 87,5 | Non testé | Non testé | Masque blanc | MED-1031 | 512 | 86,3 | Non testé | Non testé | | | | | | | | | | | | | | |
| Sericyne | Laure Girardet - masques@sericyne.fr - +33 4 66 78 88 04 | Monoblet | 30 | Occitanie | 1 000 | 1 000 | Usage unique | Matériau soie triple épaisseur | MED-1036 | 1080 | 80 | Usage unique | Usage unique | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sigvaris | https://www.sigvaris.group/fr-fr/ - 03 89 70 24 24 (service clientèle - commande) | Saint-Just-Saint-Rambert | 42 | Auvergne-Rhône-Alpes | 80 000 | 80 000 | Test en cours | Masque «tour de cou» face bleu polyamide/élasthanne et avec insert fourni mis en place (18) | MED-1098 | 378 | 98 | Non testé | Non testé | Masque classique bec de canard PP90 non tissé 145*200 (2) | MED-1098 | 618 | 72 | Non testé | Non testé | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Société nouvelle tissages Carret | Valerie Vdaud 047605858 5 | St Genix sur Guiers | 73 | Auvergne-Rhône-Alpes | 100 000 | 130 000 | Test en cours | Macique Tissu blanc et violet, attaches élastiques | MED-1177 | 143 | 88,9 | Non testé | Non testé | 54197-SNTC002 | MED-1297 | 300 | 86 | Non testé | Non testé | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sonefi | sonefi@wanadoo.fr - 04 66 82 54 35 | Saint Laurent des Arbres | 30 | Occitanie | 2 000 | 3 000 | Test en cours | Feutre laine B1601 | MED-1111 | 516 | 95,5 | Non testé | Non testé | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Stores Dublanc ALS Confort | | Aire sur l'adour | 40 | Nouvelle-Aquitaine | 250 | 280 | Test en cours | Tissu pur coton 150g/m2 et molleton coton 300 g/m2 | MED-1352 | 187 | 87 | Non testé | Non testé | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TDV Industries | Paul Devilder | Laval | 53 | Pays de la Loire | - | 150 000 | Test en cours | N°9 B | MED-1290 | 129 | 82 | Non testé | Non testé | N°10 C | MED-1290 | 147 | 75 | Non testé | Non testé | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Textile Events | m.sobe@textile-events.fr | Stains | 93 | Île-de-France | 10 000 | 20 000 | Test en cours | Matériau A | MED-1148 | 150 | 83 | Non testé | Non testé | Matériau I - 2 couches | MED-1148 | 219 | 87 | Non testé | Non testé | Matériau J - 3 couches | MED-1148 | 144 | 94 | Non testé | Non testé | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Thonic Innovation | contact@thonic.care 06 32 82 07 67 | Monistrol-sur-Loire | 43 | Auvergne-Rhône-Alpes | 2 500 | 5 000 | Test en cours | Masque blanc 3 couches. Attache large bande | MED-1288 | 384 | 86 | Non testé | Non testé | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Thuasne | Véronique Mancini - veronique.mancini@thuasne.fr - 06 22 15 30 91 | Saint-Étienne | 42 | Auvergne-Rhône-Alpes | 70 000 | 70 000 | Lavable au moins 15 fois* | Masque PA 100%, tricot, tricotage en forme | MED-1012 | 121 | 99,5 | Non testé | Non testé | Masque Polyester microfibres 92% - Elasthane 0,5 % - Viscose 7,5 % | MED-1013/MED-1389 | 99,3 | 99,5 | 147 | 100 | A = TRI66 liseré (A) bleu marine | MED-1123 | 203 | 98,8 | Non testé | Non testé | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tissages de Charlieu (LTC) | info@ltc-jacquard.com - 04 77 60 00 44 | Charlieu | 42 | Auvergne-Rhône-Alpes | 1 700 000 | 2 000 000 | Lavable au moins 30 fois* | Masques avec matériau 51% polyester, 48% coton, 1% elasthanne / LTC_MDC 54198 (rose) lavé 30 | MED-1097 / MED-1384 | 319 | 98,5 | 221 | 97,3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tricots Saint James | Fabienne Mauduit - fabienne.mauduit@saint-james.fr - 02 61 41 05 59 | Saint-James | 50 | Normandie | 12 000 | 15 000 | Lavable au moins 10 fois* | Masques et matériaux 3 couches / molleton (cf. test MED-1076) lavé 10 fois | MED-1076 / MED-1402 | 177 | 95,3 | 165 | 99 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| UTTI | masque@uttyarns.com - 08 30 80 15 86 | Tourcoing | 59 | Hauts-de-France | 2 800 | 4 200 | Test en cours | Masque tissu élastique vert avec insert | MED-1039 | 296 | 97,5 | Non testé | Non testé | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Valrupt TGV Industries | Geoffroy Defer - gdefer@valrupt-tgv.com - 03 29 73 60 60 | Rupt-sur-Moselle | 88 | Grand Est | 70 000 | 300 000 | Test en cours | Masques et tissu | MED-1092 | 341 | 80,1 | Non testé | Non testé | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VANDERSCHOOTEN (producteur) / NORLINGE (distributeur) | Bernard VANDERSCHOOTEN bernard@vanderschooten.com - 03 20 44 07 20 – Nicolas SIX nsix@norlinge.fr – 03 20 44 07 23 | Nieppe | 59 | Hauts-de-France | 23 000 | 82 000 | Test en cours | D03-10001-MAS004-NEU | MED-1105 | 163 | 96,6 | Non testé | Non testé | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verticale | verticale88@free.fr | Neuilly sur seine | 92 | Île-de-France | | | Test en cours | Masque | MED-1226 | 208 | 75 | Non testé | Non testé | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| WAIR | philippecorre@wair.fr | Lyon | 69 | Auvergne-Rhône-Alpes | | 2 000 | Test en cours | masque | MED-1327 | 101 | 100 | Non testé | Non testé | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

* Les lavages ont été réalisés sous la responsabilité du fabricant

Légende :

- perméabilité à l'air (en L.m-2.s-1) > 96 pour une dépression de 100 Pa
- efficacité de filtration des particules de 3 µm émises > 90%
- efficacité de filtration des particules de 3 µm émises > 70%

N.B. Ce tableau dont seule la dernière version fait foi, présente les résultats en filtration et en perméabilité issus des tests réalisés sur les matériaux. L'intégralité des résultats figure dans les rapports de test dont les références sont indiquées dans le tableau.